Manual de Utilizare

Dispozitiv de deblocare BTN-2

Specificații Tehnice

Element	**Specificații**
Dispozitiv de Control	BTN-2
Dimensiuni L x l x H	160 x 260 x 124 mm
Alimentare	Adaptor de comutare input: 100-140V ~ 0,5A max 50 – 60 Hz
Ieșire Nominală	+5 V ⎓ 1,2A
Putere Nominală	6W MAX
Temperatură de Operare	0°C +40°C / +23°F +104°F
Temperatură de Transport și Depozitare	-10°C +60°C / +14°F +140°F
Umiditate Relativă Atmosferică	30-90% la 25°C / +77°F, fără precipitații
Tip de Protecție	IP 40
Mod de Operare	Operare permanentă

Instalarea BTN-2

➤ Conectează cablul de alimentare la unitatea sa (central) pe partea din spate a dispozitivului și conectează adaptorul de comutare la sursa de alimentare (priză de perete).

➤ Apasă comutatorul central ON/OFF (stânga) pe partea din spate a dispozitivului pentru a porni BTN-2.

Avertisment! Întotdeauna conectează dispozitivele BTN la o sursă de alimentare împământată.

Capacitatea de a rula ampule/substanțe cu BTN-2

Cu paharul de protecție opțional, ai posibilitatea de a transfera materiale informaționale către corp.

Eliminarea BTN-2

Conform Legii Germane privind echipamentele electrice și electronice, din 16.03.2005, producătorul este obligat să preia și să elimine ecologic echipamentul achiziționat. Te rugăm să te informezi despre statutul legal în țara ta. Te rugăm să returnezi BTN-2 producătorului după utilizarea finală, inclusiv toate accesoriile. Astfel, ai grijă de mediu și arăți un tribut esențial față de manipularea responsabilă a materiilor prime și resursurilor.

Noteboom Medische Apparatuur De Warrebosk 7 9222 LM Drachtstercompagnie

BTN-2 nu poate fi eliminat cu deșeurile menajere.

Instrucțiuni de Siguranță și Efecte Adverse

Nu sunt cunoscute efecte adverse la utilizarea BTN-2.

Din motive de siguranță pură, tratamentul femeilor însărcinate trebuie evitat categoric. De asemenea, pentru pacienții cu probleme cardiace și pacemaker, tratamentul trebuie evitat categoric. Terapeutul este obligat să întrebe pacientul/clientul despre sarcină sau pacemaker cardiac înainte de tratament.

Acest manual de operare este parte integrantă a BTN-2. Orice tratament cu BTN-2 presupune cunoștințe detaliate și luarea în considerare a tuturor capitolelor din manualul de operare.

BTN-2 este destinat doar aplicației specificate.

Aplicația BTN-2, inclusiv toate accesoriile, este restrânsă doar la persoane bine inițiate.

BTN-2 poate fi utilizat doar în camere uscate.

BTN-2 nu poate fi scufundat sau turnat cu lichide. BTN-2 trebuie ținut departe de umiditate considerabilă.

Te rugăm să respecți notele privind curățarea și dezinfectarea.

Utilizarea unui articol de fabricație externă poate duce la defecțiuni și va duce categoric la excluderea garanției.

Asigură-te că nu există surse de radiații wireless, cum ar fi routere Wireless-LAN, telefoane DECT, laptopuri, iPad-uri și telefoane mobile în imediata vecinătate a BTN-2.

Nu plasa o lampă sau o bandă de alimentare în imediata vecinătate a BTN-2. Asigură un mediu fără stres în care clientul se poate relaxa.

Procesarea Garanției și Reparații

Noteboom Medische Apparatuur oferă o garanție de 12 luni pentru BTN-2 și o garanție de performanță de 24 de luni, începând de la data livrării, costurile de livrare fiind debitate clientului. Costurile de livrare pentru dispozitivele reparate sunt preluate de NMA.

Excluse din garanție sunt:

- Interfețe și dispozitive externe
- Defecțiuni prin umiditate sau prin influx de lichid
- Deteriorarea sigiliului de la baza carcasei

În astfel de cazuri, NMA va taxa costurile de reparație.

NMA îți recomandă să închei o asigurare pentru curent slab pentru a acoperi defecțiunile care ar putea apărea prin intrarea de lichide.

Livrare de Înlocuire Dispozitivele defecte trebuie trimise la NMA de către client pe cheltuiala sa. La sosirea unui dispozitiv defect, NMA va trimite un dispozitiv de înlocuire partenerului prin serviciu de colet. Clientul este taxat pentru serviciul de colet.

Adresă de livrare: Atâta timp cât nu este notificat altfel, adresa de livrare este: **Noteboom Medische Apparatuur** De Warrebosk 7 9222 LM Drachtstercompagnie

Introducere în Bionic BTN-2

Bionic BTN-2 a fost dezvoltat pentru a pregăti pacientul pentru diagnostic și terapie. Prin experiență, s-a descoperit că o serie de stări fizice și psihologice pot cauza blocaje care fac imposibil ca pacientul să fie testat/diagnosticat și tratat. Dispozitivul de deblocare BTN-2 este un aparat de tratament care poate fi folosit pentru a pre-trata pacientul, de exemplu în sala de așteptare; când pacientul este complet deblocat, diagnosticul/testul și tratamentul vor fi mai reușite.

Deblocare cu BTN-2 De-a lungul timpului, bolile și plângerile legate de sănătate au devenit tot mai comune. Bolile variază adesea mult în tip. Simptomele sunt în mare parte complexe și dificil de diagnosticat. De obicei, simptomele revin în timp, după ce au dispărut temporar sau pentru o perioadă mai lungă. 75% până la 90% dintre persoanele care vizitează un medic de familie în lumea occidentală suferă de o boală legată de stres. Oamenii sunt adesea inconștienți că stresul și nivelurile ridicate de adrenalină stau la baza nenumăratelor simptome fizice și psihologice.

Factori diverși înseamnă că oamenii rămân într-o stare continuă de stres. Datorită circumstanțelor sociale, oamenii nu pot ieși din această stare, ceea ce înseamnă că nivelurile de stres cresc și mai mult. În zilele noastre, oamenii nu pot imagina o viață fără stres; oamenii nici nu mai știu cum se simte să trăiești fără stres. Diverse tipuri de stres și tulburări emoționale duc la niveluri ridicate de adrenalină. Stresul este cel mai mare factor din spatele dezechilibrului fizic.

Stresul Ce este stresul? Stresul este o reacție la lumea exterioară: când o persoană se simte amenințată sau întâlnește ceva care ar putea fi periculos, o parte primitivă a creierului, numită sistemul limbic, este stimulată. Aceasta activează răspunsul de luptă sau fugă. Se eliberează o cantitate mare de adrenalină și cortizon, permițând persoanei să facă față situației de urgență. Oamenii experimentează trei tipuri de stres. În primul rând, de exemplu, datorită unui accident de mașină, unei căderi sau unei răni. Al doilea tip sunt factorii de stres chimici, cum ar fi pesticidele, poluarea mediului, otrava, dezechilibrul hormonal, traumele și alergiile. Al treilea tip sunt factorii emoționali sau psihologici, cum ar fi ambuteiajele, cursa contra cronometru, o a doua ipotecă sau părinți singuri. Tot stresul se echivalează în cele din urmă cu stres psihologic. Dacă, de exemplu, o persoană este rănită, nu poate lucra, ceea ce duce la probleme financiare, care rezultă în stres.

Niveluri de Adrenalină Adrenalina ridicată asigură vigilență și niveluri de energie crescute. Aceasta este de fapt destinată să ajute pe termen scurt în răspunsul de luptă sau fugă la o situație de urgență. După răspuns, aceasta scade din nou la niveluri normale. Totuși, în societatea noastră actuală, această restabilizare este extrem de dificilă dată fiind factorii de stres externi constanți. Dacă acest răspuns de stres/adrenalină continuă prea mult timp, glanda suprarenală și nervii care produc hormoni pot deveni epuizați: aceasta este cunoscută ca burn-out. Când oamenii trăiesc sub stres/adrenalină constantă, simptome precum gripă și răceli devin greu de discernut, deoarece nivelurile crescute de stres/adrenalină blochează procesul de regenerare/reparație în corp. De exemplu: dacă cineva ar merge prin pădure cu o răceală și apoi ar întâlni un leu, la vederea leului membranele mucoase s-ar usca imediat și suferința răcelii ar înceta imediat. Tocmai în astfel de momente, când este amenințat, vindecarea răcelii devine neimportantă. Procesul de vindecare, care consumă multă energie, ar împiedica mecanismul de luptă sau fugă: energia trebuie utilizată pentru supraviețuire imediată. Dacă oamenii experimentează un răspuns de stres pe care nu-l pot opri, se îndreaptă spre boală. Nivelurile ridicate de adrenalină înseamnă că oamenii nu mai simt sau ascultă. Sunt cunoscute povești despre oameni care și-au rupt ambele picioare într-un accident de mașină fără să observe imediat. Ei s-au ocupat mai întâi de alte răni și abia când s-au calmat au simțit că și-au rupt picioarele. Nivelurile crescute de adrenalină înseamnă că nu au simțit sau observat asta mai devreme.

Dispozitivul de deblocare BTN-2

Am dezvoltat dispozitivul de deblocare BTN-2 care asigură că parametrii prezenți în corp care mențin blocajele sunt neutralizați. Dacă cauza subiacentă, și astfel parametrii, sunt neutralizați, oamenii vor putea să se relaxeze (parasimpatic). Ei încep să căscă, devin obosiți și observă și simt din nou simptomele lor. În cele din urmă, își regăsesc nivelurile de regenerare, ceea ce înseamnă că terapiile potențiale oferite de un medic sau terapeut sunt rapide și eficiente.

Dispozitivul de deblocare BTN-2 este conectat la un covoraș. Covorașul este ideal pentru somn. Oamenii care au plasat acest covoraș pe saltea lor l-au găsit foarte confortabil. Ei dorm bine și se trezesc revigorați. Întrebarea este pusă tot mai des: cum se face că nu pot dormi când sunt atât de obosit și epuizat? Răspunsul este simplu. Somnul este un proces activ care cere multă energie. În timp ce dormi, corpul este ocupat să repare daunele suferite în timpul zilei și să proceseze impresiile emoționale. Odată ce sistemul hormonal este epuizat prin stres, corpul produce prea puțini hormoni succesivi, inclusiv hormonul melatonină care reglează ritmurile de somn. Când corpul este deblocat de BTN-2 și nu se produce un exces de adrenalină, corpul are din nou oportunitatea să doarmă într-o stare relaxată. Aceasta facilitează repararea daunelor și auto-regenerarea, iar procesul de somn poate face ceea ce face cel mai bine.

Indivizi și Medici/Terapeuți BTN-2 poate fi folosit atât de persoane private, cât și de medici/terapeuți. Dispozitivul și covorașul extrem de ușor de utilizat sunt simplu de folosit acasă. Ce ar putea fi mai bine decât să experimentezi relaxarea oferită de dispozitivul de deblocare BTN-2 în confortul propriei case? Pentru medici și terapeuți, BTN-2 este ușor de utilizat în timpul tratamentului pacientului. Recomandăm ca pacientul să fie conectat la dispozitiv înainte de consultație, asigurând că pacientul este relaxat înainte de a începe consultația/tratamentul.

Următoarele blocaje sunt eliminate/deblocate de Dispozitivul de deblocare Bionic BTN-2:

1. Neliniște: Incapacitatea de a se relaxa, simțind mereu că trebuie să facă ceva sau temându-se că uită ceva ce mai trebuie făcut. Tratamentul cauzează resemnare și liniște, ceea ce va permite terapiei să fie eficientă (conectat la adrenalină).
2. Histamină: Producție crescută de histamină datorită reacțiilor alergice, posibil cauzată de mult stres, ceea ce face corpul excesiv de sensibil. Tratamentul asigură scăderea nivelului de histamină și corpul va avea o reacție mai puțin extremă.
3. Traumă: Traumă stocată foarte adânc din copilărie. Tratamentul asigură reducerea acestei traume. Pot apărea reacții emoționale, care trebuie monitorizate în timpul primului tratament.

4. Dezechilibru emoțional: O persoană se confundă sau este copleșită de cel mai mic obstacol sau problemă. Tratamentul va restabili echilibrul și pacientul va putea gestiona problemele mai bine; ele nu vor pătrunde atât de adânc.
5. Tensiune: Majoritatea oamenilor experimentează un nivel ridicat de tensiune în viața zilnică, cauzat de condițiile de muncă și de radiații. Tratamentul asigură eliminarea tensiunii (conectat la adrenalină).
6. Apatie: Simțind descurajare față de viață, ne mai arătând inițiativă și având un sentiment de cedare în fața situațiilor predominante. Tratamentul asigură că pacientul poate vedea din nou viața ca o provocare și începe să ia inițiativa pentru a îmbunătăți situațiile.
7. Depresie: Pierderea abilității de a avea gânduri pozitive și fericite. Tratamentul ajută la recâștigarea umorului și sentimentului de fericire și bucurie.
8. Polaritate inversă: Dacă polaritatea pacientului este inversată, terapia poate avea un efect advers și va face pacientul doar mai bolnav. Acest lucru este valabil în special pentru pacienții cu SM și SLA. Inversarea polarității asigură că terapia va avea un efect pozitiv.
9. Iubire blocată: Pacientul nu este capabil să dea sau să primească iubire. Acest lucru este în subconștient și nu este experimentat conștient. Partenerul și copiii experimentează acest lucru la nivel subconștient și răspund pacientului cu cereri extra de atenție, în orice mod, ceea ce face ca pacientul să îi respingă mai mult și creează o reacție în lanț și o spirală descendentă. Tratamentul asigură că iubirea poate fi dată din nou și iubirea începe să curgă în ambele sensuri din nou.
10. Adrenalină: Conținut ridicat de adrenalină interferează cu abilitatea unei persoane de a asculta și de a fi abordabilă. Pacientul nu înțelege ce i se spune, este inaccesibil, informațiile nu pătrund și pierde conștientizarea corpului și devine insensibil la durere. Corpul este în modul de luptă sau fugă și este constant pregătit pentru supraviețuire. Cu cât adrenalina este mai mare, cu atât efectul este mai extrem. Tratamentul scade nivelul de adrenalină astfel încât diagnosticul și tratamentul devin posibile.

Pacientul mediu va avea nevoie de un tratament de doar aproximativ 15 minute.

Pacienții stresați și epuizați pot avea nevoie de o jumătate de oră pentru a reveni la starea lor normală.

Pacienții extrem de stresați și blocați pot avea nevoie de mai mult timp, conform insight-ului și diagnosticului practicianului.

O indicație clară că pacientul a avut suficient pre-tratament este căscatul și expresia că se simt brusc obosiți (ciudat). Unii oameni au fost sub stres atât de mult timp încât nu își amintesc cum se simte să fii obosit sau normal. Poate apărea și o durere bruscă, deoarece fără adrenalină pot simți și experimenta propriul corp. Emoțiile pot ieși la suprafață.

Acum pacientul este deschis și pregătit să fie testat/diagnosticat și tratat.

Anexa B - Declarație de Conformitate

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE (Conform 98/37/EC, Anexa 1)

Numele producătorului: Noteboom Medische Apparatuur

Adresă: De Warrebosk 7, 9222 LM Drachtstercompagnie, Olanda

Declarăm sub responsabilitatea noastră exclusivă că produsul:

Nume: Noteboom Medische Apparatuur Model: BTN-2 An: 2014

- Respectă definiția Directivei Mașinilor (98/37/EC) și respectă legislația națională pentru aplicarea acestei directive;
- Respectă cerințele: Directiva de Joasă Tensiune (73/23/EEC) Directiva EMC (89/336/EEC)
- Respectă următoarele standarde sau alte documente normative: NEN-EN 292-1/2 Siguranța mașinilor partea 1 + 2

Loc: Drachtstercompagnie, Olanda Data: 18 decembrie 2013

Noteboom Medische Apparatuur De Warrebosk 7, 9222 LM Drachtstercompagnie, Olanda
Internet: www.medischeapparatuur.eu E-mail: info@medischeapparatuur.eu